

EG Konformitätserklärung
nach der Medizinprodukte-Verordnung
MDR (EU) 2017/745 und der PSA- Verordnung
(EU) 2016/425

Wir,

BINGOLD GmbH + Co. KG
Victoriaallee 1
22143 Hamburg
Deutschland

SRN: DE MF 000016561

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produktgruppen bzw. Produkte:

BINGOLD Nitril 35, violettblau, S - XXL, Artikelnummer: 602100 - 602104

Basis-UDI-DI: 4004034NOC35GZ

UDI-DI Dispenser:

S: 04004034003835

M: 04004034003866

L: 04004034003897

XL: 04004034003927

XXL: 04004034004368

mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang IV der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und mit den harmonisierten Normen

- EN 455-1:2020+A1:2022
- EN 455-2:2015
- EN 455-3:2023
- EN 455-4:2009

übereinstimmt.

Die Produkte werden der Klasse I, gemäß Regel 1 und 5 Anhang VIII der o. g. Verordnung, zugeordnet.

Wir erklären weiterhin, dass das genannte Produkt übereinstimmt mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2016/425 und mit den harmonisierten Normen

- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016+ A1:2018/Typ B
- EN ISO 374-2:2019
- EN ISO 374-4:2019
- EN ISO 374-5:2016
- EN 16523-1:2015

BINGOLD GmbH + Co. KG

A SUND GROUP COMPANY

Victoriaallee 1 • 22143 Hamburg • Postfach 730143 • 22121 Hamburg
Tel. +49 40 538096-0 • Fax +49 40 538096-5429
info@bingold.com • www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323

Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068

Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

Bei diesem Produkt handelt es sich um PSA der Kategorie III nach Anhang I der Verordnung (EU) 2016/425. Diese ist identisch mit der PSA, die Gegenstand der EU Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2777/24373-02/E02-01, ausgestellt von der notifizierten Stelle SATRA Technology Europe Limited, NB 2777, war. Diese unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425 der Kontrolle durch die notifizierte Stelle SATRA Technology Europe Limited, NB 2777.

Dieses Dokument ist gültig bis zum 22.06.2028.

Hamburg, 02.04.2024



i.A. Sarah Guntrum
QM-Beauftragte/Qualitätssicherung/PRRC